



Drawskie Centrum Specjalistyczne
ul. B. Chrobrego 4, 78-500 Drawsko Pomorskie
tel.: (94) 36 30 341
fax.: (94) 36 30 353

Katowice, dnia 25.11.2020 r.

**ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO NA PYTANIA DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA
NA ZAKUP I DOSTAWĘ SPRZĘTU MEDYCZNEGO – APARATU RTG Z RAMIENIEM C WRAZ Z JEGO
MONTAŻEM NA POTRZEBY DRAWSKIEGO CENTRUM SPECJALISTYCZNEGO, prowadzonego przez
„SZPITALE POLSKIE” SPÓŁKA AKCYJNA (nr: PU/DCS/05/2020)**

1. Czy Zamawiający nie popełnił oczywistej omyłki pisarskiej i wymaga monitora o luminacji min 600 cd/m²?

ODPOWIEDŹ : Została popełniona omyłka pisarska. Użytkownik wymaga cd/ m²

2. Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu dostarczenia aparatu zastępczego na czas naprawy. Przedmiotem zamówienia jest wysoce specjalistyczny aparat RTG z ramieniem C i w tym przypadku nie ma możliwości dostarczenia aparatu zastępczego w tak krótkim czasie, gdyż wymaga to przede wszystkim uzyskania pozwolenia Sanepidu na eksploatację zastępczego aparatu. Uruchomienie zastępczego aparatu jest możliwe po wcześniejszym uzyskaniu przez Zamawiającego pozwolenia od Sanepidu na uruchomienie i eksploatację zastępczego aparatu, co wiąże się z długim okresem oczekiwania, który może wynieść nawet do miesiąca, a w tym czasie można już naprawić uszkodzony system. W związku z powyższym, prosimy o przychylenie się do naszej prośby, poprzez odstąpienie od wymogu dostarczenia urządzenia zastępczego, jako niezasadnego w przypadku specjalistycznego aparatu RTG z ramieniem C.

ODPOWIEDŹ : Tak, dopuści.

PREZES ZARZĄDU
SZPITALE POLSKIE S.A.
Monika Podziwiska
Monika Podziwiska (1)